



Empfehlungen zur Überwachung der Ketonwerte*





Bei schwerer Erkrankung oder Stress	Alle 2 bis 4 Stunden messen, bis eine Besserung eintritt
Bei Symptomen, die auf eine diabetische Ketoazidose (DKA) hinweisen (wie Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen)	Messen, wenn diese Symptome erstmalig oder erneut auftreten
Während der Schwangerschaft	Täglich messen

Siehe Interpretation der β -Hydroxybutyrat-Blutwerte auf der Rückseite

* Abbott Diabetes Care / ADC_009



Interpretation der Blutketonwerte

Blutketone	Empfehlung
0 – 0.5 mmol/l 	<ul style="list-style-type: none">Keine spezielle Messung erforderlich; Kontrolle der Blutzuckerwerte im üblichen Rhythmus fortführen
0.6 – 1.5 mmol/l 	<ul style="list-style-type: none">Erneute Messung des Blutzuckers und der Blutketone nach 2 bis 4 Stunden
1.6 – 3 mmol/l 	<ul style="list-style-type: none">Mögliche Gefahr einer Dekompensation der KetoazidoseDringend telefonisch medizinischen Rat einholen
>3 mmol/l 	<ul style="list-style-type: none">Sofortige Notfallbehandlung erforderlichProfessionelle Hilfe anfordern

FreeStyle und damit verbundene Markennamen sind eingetragene Marken von Abbott Diabetes Care Inc. in verschiedenen Ländern.

